## Ultra-Etch® EN
35% Phosphoric Acid

Description:
UltraEtch is a 35% phosphoric etchant solution with an optimum viscosity. The flowability allows precise placement, including occlusal grooves, yet is viscous enough to prevent migration. UltraEtch is self-limiting in its depth of etch (average depth of 1.9µ with 20 second etch). This etchant contains no glycerin and is designed for rapid and complete removal upon rinsing.
Indications for Use:
Used for etching enamel and dentin prior to applying bonding adhesives and placing composite restorations or dental sealants.
Directions for Use:
1. For 1.2 syringe
a.Remove Luer cap.
b.Securely attach working tip of choice (Blue Micro® or Inspiral Brush® tip).
c.Verify ethant flow prior to applying intraorally.
2.For IndiSpense Syringe (Figure 1 & 2)
a.Remove Luer cap from Indispense syringe.
b.Attach 1.2 syringe to the male threads of the IndiSpense syringe.
c.Depress IndiSpense plunger while guiding 1.2ml syringe plunger to desired fill.
d.Separate syringes and re-cap IndiSpense syringe with Luer cap.
e.Securely attach working tip (Blue Micro® or Inspiral Brush® tip) to 1.2ml syringe.
3.Direct placement instructions
a.Isolate tooth (teeth).
b.Use pumice, disk or diamond bur on uncut enamel.
c.Rinse and dry prepared area.
d.Verify ethant flow prior to applying intraorally.
e.Apply ethant to enamel and dentin (20 seconds)
f.Rinse thoroughly, dry and proceed per adhesive manufacturer's instructions.
4.Restorative phosphoric acid cleansing
a.Apply etch to inside of porcelain veneer or crown for 5-10 seconds.
b.Rinse and dry
Precautions and Warnings:
1.Carefully read and understand all instructions before using.
2.Keep out of reach of children.
3.If product comes in contact with any soft tissue, IMMEDIATELY rinse area with copious amounts of water.
4.Near pulp exposures should be treated with a protective base prior to placing etchant.
5.Re-cap, disinfect and wipe syringe with an intermediate level disinfectant between uses. If syringe cover is used, remove tip, re-cap, and discard syringe cover
6.Dispose of tip and empty syringe properly.
7.Verify flow of all syringes prior to applying intraorally. If resistance is met, replace tip and re-check. Use only recommended tips. To avoid cross contamination, do not re-use tips.
8.Store at room temperature.
9.Do not use after expiration date noted on container.
NOTE: For MSDS and additional information about using Ultra-Etch, please go to www.ultradent.com

## Ultra-Etch® DE
35% Phosphorsäure

Beschreibung:
UltraEtch ist ein Ätzpräparat mit 35% Phosphorsäure und einer optimalen Viskosität. Die Fließfähigkeit erlaubt eine präzise Platzierung auch in okklusalen Fissuren, aber es ist andererseits viskös genug, um ein Ablaufen zu verhindern. UltraEtch ist selbstlimitierend in der Ätztiefe (durchschnittliche Ätztiefe von 1,9 µm bei einer Ätzung von 20 Sekunden). Diese Ätzflüssigkeit enthält kein Glycerin und ist für eine schnelle und vollständige Entfernung durch Absprayen entwickelt worden.
Anwendungsbereich:
Für das Ätzen von Zahnschmelz und Dentin vor der Aufbringung von Bondings und der Platzierung von Komposit-Restaurationen oder Zahnversiegelungen.
Gebrauchsanweisung:
1. Für 1,2 ml-Spritze:
a. Luer-Kappe entfernen.
b. Befestigen Sie den Ansatz Ihrer Wahl sicher (Blue Micro® oder Inspiral Brush® Tip).
c. Stellen Sie den korrekten Fluss des Ätzgels sicher, bevor Sie es intraoral applizieren.
2. Für IndiSpense-Spritze (Abbildung 1 & 2):
a. Entfernen Sie die Kappe von der IndiSpense-Spritze.
b. Befestigen Sie eine 1,2 ml-Spritze auf dem Außengewinde der IndiSpense-Spritze.
c. Drücken Sie den Kolben der IndiSpense-Spritze ein, während Sie den Kolben der 1,2 ml Spritze bis zum gewünschten Füllstand herauswandern lassen.
d. Trennen Sie die Spritzen und verschließen Sie die IndiSpense-Spritze wieder mit der Luer-Kappe.
e. Befestigen Sie Ihren Ansatz (Blue Micro® oder Inspiral Brush® Tip) sicher auf der 1,2 ml Spritze.
3. Anleitung für direkte Restaurationen
a. Isolieren Sie den Zahn / die Zähne.
b. Benutzen Sie Bimsstein/mehl, Schleif-Disk oder Diamantschleifer bei unpräparierten Zahnschmelz.
c. Spülen und trocknen Sie den vorbereiteten Bereich sorgfältig.
d. Stellen Sie den korrekten Fluss des Ätzgels sicher, bevor Sie es intraoral applizieren.
e. Tragen Sie das Ätzgel auf Zahnschmelz und Dentin auf (20 Sekunden).
f. Spülen Sie sorgfältig, trocken Sie und fahren Sie gemäß der Herstelleranweisungen für das Adhäsiv fort.
4. Reinigung von Restaurationen mit Phosphorsäure
a. Bringen Sie das Ätzgel auf die Innenseite des Veneers aus Keramik oder der Krone für 5-10 Sekunden auf.
b. Spülen und trocknen Sie.
Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:
1. Lesen und verstehen Sie alle Anleitungen, bevor Sie das Produkt benutzen.
2. Von Kindern fernhalten.
3. Sollte das Produkt mit Haut oder mit Schleimhäuten in Berührung kommen, muss SOFORT mit viel Wasser nachgespült werden.
4. Beim Arbeiten in unmittelbarer Pulpa-Nähe sollte vor dem Auftragen des Atzmittels eine schützende Unterfüllung gelegt werden.
5. Stecken Sie zwischen den Verwendungen die Kappe wieder auf, desinfizieren Sie die Spritze und wischen Sie sie ab. Benutzen Sie bei der Desinfizierung ein übliches Flächendesinfektionsmittel. Wenn eine Spritzenhülle benutzt wird, entfernen Sie den Ansatz zusammen mit der Hülle und entsorgen Sie sie; dann verschließen Sie die Spritze wieder mit der Luer Lock Cap.
6. Entsorgen Sie den Spritzenansatz und die leere Spritze ordnungsgemäß.
7. Prüfen Sie den Durchfluss aller Spritzen, bevor Sie diese intraoral anwenden. Sollte es einen Widerstand geben, wechseln Sie den Ansatz aus und prüfen Sie den Durchfluss erneut. Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen Ansätze. Um Kreuzkontamination zu vermeiden, verwenden Sie die Ansätze nicht wiederholt.
8. Bei Raumtemperatur lagern.
9. Nicht nach dem auf der Packung aufgedruckten Verfallsdatum benutzen.
HINWEIS: Materialsicherheitsdatenblätter und zusätzliche Informationen über den Einsatz von Ultra-Etch finden Sie auf www.ultradent.com.

## Ultra-Etch® FR
Acide phosphorique à 35%

Description :
Ultra-Etch est une solution décapante phosphorique à 35% avec une viscosité optimale. La coulabilité permet un placement précis, y compris dans les rainures occlusales, mais il est suffisamment visqueux pour éviter le déplacement. UltraEtch est autolimitant dans sa profondeur d'attaque (profondeur moyenne de 1,9µ pour 20 secondes de décapage). Ce décapant ne contient pas de glycérine et est conçu pour être enlevé rapidement et complètement pendant le rinçage.
Indications d'emploi :
Utilisé pour décaper l'émail et la dentine avant d'appliquer des adhésifs de liaison et de placer des restaurations composites ou des agents d'étanchéité dentaire.
Mode d'emploi :
1. Pour une seringue de 1,2 ml
a. Enlevez le capuchon Luer
b. Fixez fermement l'embout de travail de votre choix (embout pinceau Blue Micro® ou Inspiral®).
c. Vérifiez l'écoulement du décapant avant l'application intra-buccale.
2. Pour la seringue IndiSpense (figures 1 & 2)
a. Enlevez le capuchon Luer lock de la seringue IndiSpense.
b. Fixez la seringue de 1,2 ml sur le filetage mâle de la seringue IndiSpense.
c. Enfoncez le piston IndiSpense tout en guidant le piston de la seringue de 1,2ml à la marque de remplissage voulue.
d. Séparez les seringues et rebouchez la seringue IndiSpense avec le capuchon Luer.
e. Fixez fermement l'embout de travail (l'embout pinceau Blue Micro® ou Inspiral®) sur la seringue de 1,2 ml.
3. Instructions de placement direct
a. Isolez la(les) dent(s)
b. Utilisez la pierre ponce, une fraise disque ou diamant sur l'émail sans coupure.
c. Rincez et séchez la zone préparée.
d. Vérifiez l'écoulement du décapant avant l'application intra-buccale.
e. Appliquez le décapant sur l'émail et la dentine (20 secondes).
f. Rincez soigneusement, séchez et continuez selon les instructions du fabricant de l'adhésif.
4. Nettoyage des restaurations à l'acide phosphorique
a. Appliquez le décapant à l'intérieur de la facette ou la couronne en porcelaine pendant 5 à 10 secondes.
b. Rincez et séchez.
Précautions et Avertissements :
1. Lisez attentivement et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser les produits.
2. A garder hors de la portée des enfants.
3. Si le produit entre en contact avec des parties molles, rincez IMMEDIATEMENT la zone affectée avec une grande quantité d'eau.
4. Traitez les parties exposées près de la pulpe avec une base protectrice avant de placer le décapant.
5. Rebouchez, désinfectez et essuyez la seringue avec un désinfectant intermédiaire entre chaque utilisation. Si le manchon à seringue est utilisé, enlevez l'embout, rebouchez et jetez le manchon de la seringue.
6. Jetez les embouts et les seringues vides.
7. Vérifiez l'écoulement de toutes les seringues avant l'application intraorale. En cas de résistance, remplacez l'embout et re-vérifiez. N'utilisez que les embouts recommandés. Pour éviter toute contamination croisée, ne réutilisez pas les embouts.
8. Entreposez à température ambiante.
9. Ne pas utiliser après la date d'expiration notée sur la boîte.
NOTE : Pour la fiche technique de santé et de sécurité ou des informations supplémentaires sur l'UltraEtch®, veuillez visiter www.ultradent.com

## Ultra-Etch® NL
35% fosforzuur

Beschrijving:
UltraEtch is een 35% fosforhoudende etsoplossing met optimale viscositeit. Door de vervloeibaarheid kan het zeer nauwkeurig worden aangebracht, ook in de occlusale groeven, terwijl het toch viskeus genoeg is om verplaatsing te voorkomen. UltraEtch is zelfbeperkend wat betreft etsdiepte (gemiddelde diepte van 1,9 µ bij 20 seconden etsen). Dit etsmiddel bevat geen glycerine en is ontwikkeld voor het snel en volledig verwijderen na het spoelen.
Indicaties voor gebruik:
Bestemd voor het etsen van tandglazuur en dentine vóór het aanbrengen van bondingadhesieven en het plaatsen van composietrestauraties of tandheelkundige sealants.
Gebruiksaanwijzing:
1. Voor de 1,2 ml-spuit
a. Verwijder de Luer-dop.
b. Maak de gewenste werktip (Blue Micro® of Inspiral Brush® tip) goed vast.
c. Controleer de stroming van het etsmiddel voordat u het intraoraal gebruikt.
2. Voor de IndiSpense-spuit (Afb. 1 & 2)
a. Haal de Luer-dop van de IndiSpense-spuit.
b. Bevestig de 1,2 ml-spuit op de mannelijke schroefdraden van de IndiSpense-spuit.
c. Druk de IndiSpense-plunjer in, terwijl u de plunjer van de 1,2 ml-spuit geleidt zodat de juiste hoeveelheid erin stroomt.
d. Scheid de spuiten en plaats de Luer-dop weer op de IndiSpense-spuit.
e. Bevestig de werktip (Blue Micro® of Inspiral Brush® tip) goed op de 1,2 ml-spuit.
3. Instructies voor het direct plaatsen
a. Isoleer het (de) gebitselement(en).
b. Gebruik puimsteen, een schijfje of diamanten frees voor het ongesneden tandglazuur.
c. Spoel en droog de geprepareerde plaats.
d. Controleer de stroming van het etsmiddel voordat u het intraoraal gebruikt.
e. Breng het etsmiddel aan op het tandglazuur en dentine (20 seconden.).
f. Spoel grondig, droog het en ga door volgens de instructies van de adhesiefabrikant.
4. Restauratiereiniging met fosforzuur
a. Breng het etsmiddel aan op de binnenkant van het porseleinen veneer of de porseleinen kroon gedurende 5-10 seconden.
b. Spoel en droog het.
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:
1. Lees en begrijp alle instructies zorgvuldig voordat u het product gebruikt.
2. Buiten bereik van kinderen houden.
3. Als het product in contact komt met de huid, was het dan ONMIDDELLIJK af met veel water.
4. Blootliggende plaatsen nabij de pulpa dienen met een beschermende basis te worden behandeld voordat u het etsmiddel aanbrengt.
5. Breng de dop weer aan en desinfecteer en veeg de spuit af met een middelmatig desinfectiemiddel voordat u deze weer gebruikt. Als een spuitdop wordt gebruikt, moet u de tip verwijderen, de dop weer aanbrengen en de spuitdop weggooien
6. Gooi de tip en lege spuit op de juiste manier weg.
7. Controleer de stroming van alle spuiten voordat u deze intraoraal gebruikt. Als u weerstand voelt, vervangt u de tip en controleert u opnieuw. Gebruik uitsluitend aanbevolen tips. Om kruisbesmetting te voorkomen, mogen de tips niet opnieuw worden gebruikt.
8. Bij kamertemperatuur bewaren.
9. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum op de verpakking.
OPM.: Voor het veiligheidsinformatieblad (MSDS) over het gebruik van Ultra-Etch ga naar www.ultradent.com

## Ultra-Etch® IT
Acido fosforico al 35%

Descrizione:
Ultra-Etch è una soluzione mordenzante a base di acido fosforico al 35% con viscosità ottimale. Grazie alla sua scorrevolezza ideale consente un suo posizionamento preciso perfino nei solchi occlusali, mentre allo stesso tempo è sufficientemente viscoso per prevenire un indesiderato scorrimento. La profondità di mordenzatura di Ultra-Etch èautolimitante (profondità media di mordenzatura pari a 1,9µ in 20 secondi). Ultra-Etch non contiene glicerina e quindi può essere facilmente e velocemente rimosso con un adeguato risciacquo senza residui.
Indicazioni d'uso:
Per la mordenzatura di smalto e dentina prima di applicare gli adesivi e posizionare i restauri in composito o i sigillanti dentali.
Istruzioni per l'uso:
1. Con siringa da 1,2 ml
a. Rimuovere il cappuccio Luer.
b. Inserire saldamente il puntale scelto (puntale Blue Micro® o Inspiral Brush®).
c. Verificare lo scorrimento del mordenzante prima dell'applicazione intraorale.
2. Con siringa IndiSpense (Figura 1 e 2)
a. Rimuovere il cappuccio Luer dalla siringa IndiSpense.
b. Inserire la siringa da 1,2 ml nella filettatura maschiodella siringa IndiSpense.
c. Premere lo stantuffo della siringa IndiSpense e riempire la siringa da 1,2 ml al livello desiderato.
d. Separare le siringhe e reinserire il cappuccio Luer sulla siringa IndiSpense.
e. Inserire saldamente il puntale di lavoro (puntale Blue Micro® o Inspiral Brush®) sulla siringa da 1,2 ml.
3. Istruzioni per posizionamento diretto
a. Isolare il dente (i denti).
b. Preparare lo smalto non tagliato con pomice, dischi o una fresa diamantata.
c. Risciacquare e asciugare l'area preparata.
d. Controllare lo scorrimento del mordenzante prima di applicarlo intraoralmente.
e. Applicare il mordenzante su smalto e dentina (20 secondi)
f. Risciacquare accuratamente, asciugare e applicare l'adesivo seguendo le istruzioni del produttore.
4. Pulizia/Detersione del restauro con acido fosforico
a. Applicare il mordenzante all'interno della faccetta o della corona per 5-10 secondi.
b. Risciacquare e asciugare
Precauzioni ed avvertenze:
1. Leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
2. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
3. Nel caso in cui il prodotto dovesse venire in contatto con tessuti molli, sciacquare IMMEDIATAMENTE con ampie quantità d'acqua.
4. Parti esposte in prossimità pulpare devono essere protette preventivamente con una base prima dell'applicazione del mordenzante.
5. Richiudere e disinfettare la siringa, poi pulirne l'esterno con un disinfettante di livello medio tra un uso e l'altro. Se è stata usata una protezione della siringa, togliere il puntale, richiuderla con il cappuccio e smaltire la protezione.
6. Smaltire il puntale e la siringa vuota in maniera corretta.
7. Verificare lo scorrimento del mordenzante prima dell'applicazione intraorale. Se si dovesse sentire della resistenza, sostituire il puntale e riprovare. Usare solo puntali consigliati. Per prevenire la contaminazione crociata, non riutilizzare i puntali.
8. Conservare a temperatura ambiente.
9. Non usare oltre la data di scadenza indicata sulla confezione.
NOTA: per le schede di sicurezza del materiale e ulteriori informazioni su Ultra-Etch visitare il sito www.ultradent.com

## Ultra-Etch® ES
Ácido fosfórico al 35%

Descripción:
Ultra-Etch es una solución de ácido fosfórico al 35% con viscosidad óptima. Su fluidez permite colocación precisa incluso en las fosas oclusales, pero es lo suficientemente viscoso como para evitar que migre. Ultra-Etch es autolimitante en su profundidad de grabado (profundidad promedio de 1.9µ en un grabado de 20 segundos). Este grabador no contiene glicerina y está diseñado para una remoción rápida y completa al enjuagarse.
Indicaciones de uso:
Para grabar el esmalte y la dentina antes de aplicar adhesivos dentinarios y colocar restauraciones de composite o sellantes dentales.
Instrucciones de uso:
1. Para una jeringa de 1.2
a. Retire la tapa Luer.
b. Enrosque firmemente la punta de elección (Blue Micro® o Inspiral Brush®).
c. Verifique el flujo del grabador antes de aplicarlo intraoralmente
2. Para jeringa IndiSpense (Figuras 1 y 2)
a. Retire la tapa Luer de la jeringa IndiSpense.
b. Enrosque una jeringa de 1.2 en la rosca macho de la jeringa IndiSpense.
c. Presione el émbolo de la jeringa IndiSpense mientras guía el émbolo de la jeringa de 1,2ml hasta el nivel de relleno deseado.
d. Separe las jeringas y vuelva a tapar la jeringa IndiSpense con la tapa Luer.
e. Enrosque firmemente la punta de elección (Blue Micro® o Inspiral Brush®) en la jeringa de 1.2ml.
3. Instrucciones de colocación directa
a. Aísle el diente (los dientes).
b. Utilice pómez, un disco o una piedra de diamante sobre el esmalte sin cortar.
c. Enjuague y seque la zona preparada.
d. Verifique el flujo del sellante antes de aplicar intraoralmente.
e. Aplique el grabado al esmalte y la dentina (20 segundos)
f. Enjuague concienzudamente, seque y proceda según las instrucciones del fabricante del adhesivo.
4. Limpieza de restauraciones con ácido fosfórico
a. Aplique el grabador al interior de la veneer de porcelana o corona durante 5-10 minutos.
b. Enjuague y seque.
Precauciones y Advertencias:
1. Lea atentamente y entienda todas las instrucciones antes de utilizar.
2. Mantenga fuera del alcance de los niños.
3. Si el producto entra en contacto con algún tejido blando, enjuague IMEDIATAMENTE el área con abundante cantidad de agua.
4. Las exposiciones cercanas a la pulpa deben tratarse con una base protectora antes de colocar el agente de grabado.
5. Vuelva a tapar, desinfecte y limpie la jeringa con un desinfectante de nivel intermedio entre los usos. Si se utiliza una funda para jeringas, retire la punta, vuelva a tapar y descarte la funda.
6. Deseche adecuadamente la punta y jeringa vacía.
7. Verifique el flujo de todas las jeringas antes de aplicarla intraoralmente. Si encuentra resistencia, sustituya la punta y vuelva a verificar. Utilice sólo las puntas recomendadas. Para evitar la contaminación cruzada, no reutilice las puntas.
8. Almacene a temperatura ambiente.
9. No lo utilice después de pasada la fecha de vencimiento anotada en el envase.
NOTA: Para obtener la Hoja de Seguridad Médica (MSDS) e informaciones adicionales sobre el uso de Ultra-Etch, por favor visite www.ultradent.com

## Ultra-Etch® PT
Ácido fosfórico a 35%

Descrição:
UltraEtch é uma solução de ácido fosfórico 35% com uma viscosidade óptima. A sua fluidez permite uma colocação precisa, incluindo sulcos oclusais, porém possui viscosidade suficiente para impedir a migração. UltraEtch é auto-limitador no que se refere à profundidade de condicionamento (profundidade média de 1,9µ com 20 segundos de condicionamento). Este ácido não contém glicerina e foi concebido para a remoção rápida e completa após o enxaguamento.
Indicações de utilização:
Utilizado para o condicionamento de esmalte e de dentina antes da aplicação de adesivos e da colocação de compósitos restauradores ou selantes dentários.
Instruções de utilização:
1. Para seringa de 1,2
a. Retirar a tampa Luer.
b. Aplicar a ponta de trabalho escolhida (ponta Blue Micro® ou Inspiral Brush®).
c. Verificar o fluxo do ácido antes da aplicação intra-oral.
2. Para a seringa IndiSpense (Figura 1 e 2)
a. Retirar a tampa Luer da seringa IndiSpense.
b. Aplicar a seringa de 1,2 nas roscas macho da seringa IndiSpense.
c. Pressionar o êmbolo IndiSpense guiando simultaneamente o êmbolo da seringa de 1,2 mL até ao nível de enchimento pretendido.
d. Separar as seringas e colocar novamente a tampa Luer na seringa IndiSpense.
e. Aplicar a ponta de trabalho (ponta Blue Micro® ou Inspiral Brush®) na seringa de 1,2 mL.
3. Instruções de aplicação directa
a. Isolar o dente (dentes).
b. Utilizar pedra-pomes, um disco ou broca de diamante no esmalte não cortado.
c. Enxaguar e secar a área preparada.
d. Verificar o fluxo do ácido antes da aplicação intra-oral.
e. Aplicar ácido no esmalte e na dentina (20 segundos).
f. Enxaguar abundantemente, secar e proceder de acordo com as instruções do fabricante do adesivo.
4. Limpeza restauradora com ácido fosfórico
a. Aplicar o ácido no interior da faceta ou coroa de porcelana durante 5 a 10 segundos.
b. Enxaguar e secar.
Precauções e advertências:
1. Ler atentamente e compreender todas as instruções antes da utilização.
2. Manter fora do alcance das crianças.
3. Se o produto entrar em contacto com qualquer tecido mole, lavar IMEDIATAMENTE a área com água abundante.
4. As exposições próximas da polpa deverão ser tratadas com uma base protectora antes da aplicação do ácido.
5. Entre utilizações recolocar a tampa, desinfectar e limpar a seringa com um desinfectante de nível intermédio. Se for utilizada a cobertura da seringa, remover a ponta, recolocar a tampa e descartar a cobertura da seringa.
6. Descartar a ponta e a seringa vazia de forma adequada.
7. Verificar o fluxo de todas as seringas antes da aplicação intra-oral. Em caso de resistência, substituir a ponta e verificar novamente. Utilizar apenas as pontas recomendadas. Para evitar a contaminação cruzada, não reutilizar as pontas.
8. Guardar à temperatura ambiente.
9. Não utilizar após a data de validade anotada no recipiente.
NOTA: Para obter as fichas de segurança do produto e informação adicional sobre a utilização de Ultra-Etch®, visite www.ultradent.com

## Ultra-Etch® SV
35 % Fosforsyra

Beskrivning:
UltraEtch är en 35 procentig fosforetsningslösning med optimal viskositet. Flödesförmågan möjliggör en precis placering, inkluderande occlusala skåror men tillräckligt viskös för att förhindra migration. UltraEtch är självbegränsande i sitt etsningsdjup (ett medeldjup på 1,9 µ med etsning i 20 sekunder). Detta etsningsmedel innehåller inte glycerin och kan därför snabbt och fullständigt avlägsnas vid sköljning.
Användningsområde:
Används för etsning av emalj och dentin före applicering av bindningslim och placering av kompositrestaurationer eller dentala tillslutningslim.
Bruksanvisning
1. För en 1,2 ml spruta
a. Avlägsna luerlocket.
b. Fäst ordentligt den valda arbetsspetsen (Blue Micro® eller Inspiral Brush® tip).
c. Kontrollera etsningsflödet före intraoral applicering.
2. För en IndiSpense-spruta (Bild 1 & 2)
a. Avlägsna luerlocket från IndiSpense-sprutan.
b. Fäst en 1,2 ml spruta på IndiSpense-sprutans yttergångor.
c. Tryck ner IndiSpense-kolven medan du för 1,2 ml sprutans kolv till önskad fyllnad.
d. Separera sprutorna och sätt tillbaka locket på IndiSpense-sprutan med luerlock.
e. Fäst ordentligt arbetsspetsen (Blue Micro® eller Inspiral Brush® tip) på 1,2 ml sprutan.
3. Instruktioner för direktplacering
a. Isolera tanden (tänderna).
b. Använd pimpsten, skiva eller diamantborr på oskuren emalj.
c. Sköljj och torka prepararet område.
d. Kontrollera etsningsflödet före intraoral applicering.
e. Applicera etsningsmedlet på emaljen och dentinet (20 sekunder)
f. Sköljj grundligt, torka och fortsätt enligt limtillverkarens instruktioner.
4. Restaurerande fosforsyrarening
a. Applicera ets på insidan av porslinsytan eller kronan i 5-10 sekunder.
b. Sköljj och torka.
Försiktighetsåtgärder och varningar:
1. Läs noga igenom och förstå alla instruktioner före användning.
2. Förvaras utom räckhåll för barn.
3. Sköljj GENAST med stora mängder vatten om produkten kommer i kontakt med mjukvävnad.
4. Före placering av etsning bör exponeringar nära pulpan behandlas med skyddande bas.
5. Sätt locket åter på, desinficera och torka av sprutan med ett intermediärt desinficeringsmedel mellan användningarna. Avlägsna spetsen, sätt tillbaka locket och kasta sprutans skydd om sprutans skydd används.
6. Kassera använda spetsar och tomma sprutor på rätt sätt.
7. Verifiera flödet i alla sprutor före intraoral applicering. Om det finns ett motstånd ska spetsen bytas ut och kontrolleras på nytt. Använd endast rekommenderade spetsar. För att undvika korskontamination ska spetsarna inte återanvändas.
8. Förvaras i rumstemperatur.
9. Använd inte efter utgångsdatum som finns angivet på behållaren.
OBS: För materialsäkerhetsblad och ytterligare information om Ultra-Etch, gå till www.ultradent.com

## Ultra-Etch® DA
35 % fosforsyre

Beskrivelse:
UltraEtcher en 35 % fosforsyreopløsning med optimal viskositet. Dens flydeevne giver mulighed for præcis placering, bl.a. i okklusale furer, men er viskøs nok til at forhindre udflydning til andre områder. UltraEtch er selvbegrænsende i dens ætsdybde (gennemsnitlig dybde på 1,9 µ med 20 sekunders ætsning). Denne fosforsyregel indeholder ingen glycerol og er beregnet til at kunne blive fjernet hurtigt og fuldstændigt ved afskylning.
Indikationer:
Anvendes til ætsning af emalje og dentin inden applicering af adhæsiver og placering af kompositrestaureringer eller fissurforseglingsmateriale.
Brugsanvisning:
1. For 1,2 sprøjter
a. Tag luerhætten af.
b. Sæt en spids på efter eget valg (Blue Micro eller Inspiral® Brush® spids).
c. Kontroller fosforsyregelens flow inden intraoral anvendelse
2. For IndiSpense-sprøjte (figur 1 og 2)
a. Tag luerhætten af IndiSpense-sprøjten.
b. Sæt en 1,2 sprøjte fast på gevindet på IndiSpense-sprøjten
c. Tryk ned på IndiSpense-stemplet, indtil sprøjtestemplet på 1,2 ml sprøjten er fyldt med den ønskede mængde.
d. Tag sprøjterne fra hinanden, og sæt luerhætten på IndiSpense-sprøjten igen.
e. Sæt en spids (Blue Micro® eller Inspiral Brush® spids) fast på 1,2 ml sprøjten.
3. Vejledninger til direkte placering
a. Isoler tanden (tænderne).
b. Anvend pimpsten, skive eller diamantbor på intakt emalje.
c. Skyl efter og tør det præparerede område.
d. Kontroller fosforsyregelens flow inden intraoral anvendelse.
e. Applicer fosforsyregel på emalje og dentin (i 20 sekunder)
f. Skyl grundigt, tør og fortsæt ifølge adhæsivfabrikantens vejledninger.
4. Rengøring af restaureringer med fosforsyre
a. Applicer ætsmiddel på indersiden af porcelænsfacader eller kroner i 5-10 sekunder.
b. Skyl og tør efter
Forholdsregler og advarsler:
1. Læs alle vejledningerne grundigt inden anvendelse.
2. Skal opbevares utilgængeligt for børn
3. Hvis produktet kommer i kontakt med blødt væv, skal skal området OMGÅENDE skylles rent med rigelige mængder vand.
4. I tilfælde med pulpablotlæggelse skal der anvendes en beskyttende base inden brug af fosforsyre.
5. Sæt hætten på igen, og desinficér og aftør sprøjten med et intermediært desinfektionsmiddel mellem hver anvendelse. Hvis der anvendes et sprøjtehylster, fjernes spidsen, hætten sættes på igen, og sprøjtehylstret bortskaffes.
6. Bortskal spidsen, og tøm sprøjten på forsvarlig måde.
7. Kontrollér flowet på alle sprøjter inden intraoral anvendelse. Hvis der mødes modstand, udskift spidsen og kontroller igen. Brug kun anbefalede spidser. Spidserne må ikke genbruges for at undgå krydskontaminering.
8. Skal opbevares ved stuetemperatur.
9. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen på beholderen.
BEMÆRK: Besøg www.ultradent.com for sikkerhedsdatablade og yderligere oplysninger om brug af Ultra-Etch.

## Ultra-Etch® FI
35-pros. fosforihappo

Kuvaus:
UltraEtch® on 35-prosenttinen fosforihappopohjainen etsausaine, jonka viskositeetti on optimaalinen. Juoksevuuden ansiosta sen levittäminen onnistuu tarkasti, okklusaaliset fissuurat mukaan lukien, mutta samalla sen viskositeetti on riittävä estämään valuminen.UltraEtch-etsausaineen etsaussyvyys rajoittuu itsestään (keskimääräinen etsaussyvyys on 1,9 µ 20 sekuntia kestävän etsauksen aikana). Tämä etsausaine ei sisällä glyserriimiä ja se poistuu huuhdeltaessa nopeasti ja täydellisesti.
Käyttöaiheet:
Kiilteen ja dentiinin etsaus ennen sidostusadhesiivien käyttöä ja komposiittirestauraatioiden tai eristysaineiden käyttöä.
Käyttöohjeet:
1. 1,2 ml:n ruisku
a. Poista luer-korkki.
b. Kiinnitä sopiva työskentelykärki (Blue Micro- tai Inspiral®-siveilinkärki).
c. Varmista etsausaineen virtaus ennen kuin levität sitä suunsisäisesti.
2. IndiSpense-ruisku (kuva 1 ja 2)
a. Poista luer-lock-korkki IndiSpense-ruiskusta.
b. Kiinnitä 1,2 ml ruisku IndiSpense-ruiskun koirasskierteisiin.
c. Paina Indispense-ruiskun mäntää samalla kun ohjaat 1,2 ml:n ruiskun mäntää siten, että ruisku täyttyy halutulle tasolle.
d. Irrota ruiskut ja sulje IndiSpense ruisku luer-korkilla.
e. Kiinnitä sopiva työkärki (Blue Micro- tai Inspiral®-siveilinkärki) 1,2 ml:n ruiskuun.
3. Suoraa levitystä koskevat ohjeet
a. Eristä hammas tai hampaat.
b. Käytä ehjään kiilteeseen hohkakiveä, kiekkoa tai timanttiporaa.
c. Huuhtele ja kuivaa valmisteltu kohta.
d. Varmista etsausaineen virtaus ennen kuin levität sitä suunsisäisesti.
e. Levitä etsausainetta kiille- ja dentiinipinnoille 20 sekunnin ajaksi.
f. Huuhtele perusteellisesti, kuivaa ja jatka adhesiivin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
4. puhdistus fosforihapolla
a. Levitä etsausainetta posliinifasadin tai kruunun sisäpuolelle ja anna vaikuttaa 5–10 sekuntia.
b. Huuhtele ja kuivaa.
Varotoimet ja varoitukset:
1. Lue huolella ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen tuotteiden käyttöä.
2. Ei lasten ulottuville.
3. Pese HETI huolellisesti runsaalla vedellä, jos tuote joutuu kosketukseen pehmytkudoksen kanssa.
4. Ennen etsausaineen sijoittamista, altistamiset hammasytimen lähellä tulee hoitaa suojaavalla emäksellä.
5. Laita kansi uudestaan päälle, desinfioi ja pyyhi ruisku keskiasteen desinfiointiaineella käyttökertojen väliillä. Jos käytät ruiskun suojaa, irrota kärki, pane korkki takaisin paikoilleen ja hävitä ruiskun suojus.
6. Hävitä asianmukaisesti kärki ja tyhjä ruisku.
7. Tarkista kaikkien ruiskujen virtaus ennen intraoraalista käyttöä. Vaihda kärki ja kokeile uudestaan jos on vastustusta. Käytä ainoastaan suositeltuja kärkiä. Kärkiä ei saa käyttää uudelleen ristikontaminaation välttämiseksi.
8. Säilylä huoneenlämmössä.
9. Ei saa käyttää pakkauksen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
HUOMAUTUS: Käyttöturvallisuustiedotetta ja Ultra-Etch-etsausaineen käyttöä koskevia tietoja on saatavana verkkosivustoltamme www.ultradent.com

## Ultra-Etch® NO
35% fosforsyre

Beskrivelse:
UltraEtch er en 35 % fosforholdig etseveske med optimal viskositet. Flytegenskaper tillater presis plassering, inkludert okklusale groper, samtidig som den er tykflytende nok til å forhindre migrasjon. UltraEtch er selvbegrensende i dybden av etsningen (gjennomsnittsdybde på 1.9µ per 20 sekunders etsning). Dette etsemiddelet inneholder ikke glyserin og er utformet for hurtig og fullstendig fjerning ved skylling.
Indikasjoner for bruk:
Brukt for å etse emalje og dentin før bindemiddel og plassering av kompositt restorasjoner eller tann-forsegler er anvendt.
Retningslinjer for bruk:
1. For 1,2 ml sprøyte
a. Fjern Luer hetten.
b. Fest arbeidstuppen (Blue Micro® eller Inspiral Brush® tupp) du ønsker å benytte forsvarlig.
c. Verifiser at etsevesken flyter før intraoral anvendelse.
2. For IndiSpense Syringe (Figur 1 & 2)
a. Fjern Luer hetten fra Indispense sprøyten
b. Fest 1,2 sprøyten de mannlige trådene på IndiSpense sprøyten.
c. Trykk IndiSpense stempelet mens du styrer 1,2 ml sprøytestempelet til ønsket fyllnivå.
d. Separer sprøytene og sett Luer hetten tilbake på IndiSpense sprøyten.
e. Fest arbeidstuppen (Blue Micro® eller Inspiral Brush® tupp) til 1,2 ml sprøyten forsvarlig.
3. Instruksjoner for direkte plassering
a. Isoler tannen (tennene)
b. Anvend pimpstein, disk eller diamant bor på ubeskåret emalje.
c. Skyll og tørk det forberedte området.
d. Verifiser at etsevesken flyter før intraoral anvendelse.
e. Anvend etsevesken på emalje og dentin (20 sekunder).
f. Skyll grundig, tørk, og fortsett i henhold til bindemiddelfabrikkantens instruksjoner.
4. Restaureringsrengjøring med fosforsyre
a. Påfør etsemiddel på innsiden av porselens-skallfasettene eller kronen i 5-10 sekunder.
b. Skyll og tørk.
Forholdsregler og advarsler:
1. Les instruksjonene nøye og vær sikker på at du forstår dem før bruk.
2. Oppbevares utenfor barns rekkevidde.
3. Dersom produktet kommer i kontakt med mykt vev, rens området UMIDDELBART med rikelige mengder vann.
4. Eksponering nær pulpa bør behandles med et beskyttende basisk stoff før etsemiddelet påføres.
5. Sett på hetten, desinfiser og tørk sprøytespissen med et middels kraftig desinfiserende mellom hvert bruk. Dersom nålebeskytteren er benyttet, fjern tuppen, sett hetten tilbake på plass, og kast nålebeskytteren.
6. Kast nålen og tøm sprøyten helt.
7. Kontroller at alle sprøyter har god gjennomstrømning før de anvendes intraoralt. Dersom det er motstand, bytt nålen og etterkontroller. Bruk kun anbefalte nåler. For å unngå krysskontaminering, ikke bruk spissene mer enn én gang.
8. Lagre ved romtemperatur.
9. Må ikke brukes etter utløpsdatoen angitt på beholderen.
MERK: Vennligst besøk www.ultradent.com for sikkerhetsdatablader og ytterligere informasjon om bruk av Ultra-Etch.

## Ultra-Etch® EL
35% Φωσφορικό οξύ

Περιγραφή:
Το UltraEtch είναι ένα διάλυμα αδροποίησης από 35% φωσφορικό οξύ με βέλτιστο ιξώδες. Η δυνατότητα ροής επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση, ακόμη και σε σχισμές σύγκλεισης, αλλά είναι αρκετά ιξώδες για να επιτρέπει την μετατόπιση. Το UltraEtch αυτοπεριορίζει το βάθος αδροποίησης (μέσος όρος βάθους 1.9μ με αδροποίηση 20 δευτερολέπτων). Αυτό το αδροποιητικό δεν περιέχει γλυκερίνη και έχει σχεδιαστεί για ταχεία και πλήρη αφαίρεση κατά την έκπλυση.
Ενδείξεις για χρήση:
Χρησιμοποιείται για την αδροποίηση αδαμαντίνης και οδοντίνης πριν από την τοποθέτηση συγκολλητικών ουσιών και την τοποθέτηση σύνθετων αποκαταστάσεων ή οδοντοστιχών στεγανωτικών υλικών.
Οδηγίες χρήσης:
1. Για σύριγγα 1.2
α. Αφαιρέστε το πώμα Luer.
β. Συνδέστε ασφαλώς το άκρο εργασίας που θέλετε (άκρο Blue Micro* ή Inspiral Brush*).
γ. Επιβεβαιώστε τη ροή του αδροποιητικού προτού το θέσετε ενδοστοματικά
2. Για σύριγγα IndiSpense (Εικόνα 1 & 2)
α. Αφαιρέστε το πώμα Luer από τη σύριγγα Indispense.
β. Συνδέστε τη σύριγγα 1.2 στα αρσενικά σπειρώματα της σύριγγας IndiSpense.
γ. Πιέστε το έμβολο IndiSpense ενώ κατευθύνετε το έμβολο της σύριγγας 1.2ml στην επιθυμητή πλήρωση.
δ. Ξεχωρίστε τις σύριγγες και επανατοποθετήστε το πώμα Luer στη σύριγγα IndiSpense.
ε. Συνδέστε ασφαλώς το άκρο εργασίας (άκρο Blue Micro* ή Inspiral Brush*) στη σύριγγα 1.2ml.
3. Οδηγίες άμεσης τοποθέτησης
α. Απομονώστε δόντι (τα δόντια).
β. Χρησιμοποιήστε ελαφρόπετρα, δίσκο ή γλύφανο από διαμάντι στην άκοπη αδαμαντίνη.
γ. Ξεπλένετε και στεγνώνετε την προετοιμασμένη περιοχή.
δ. Επιβεβαιώστε τη ροή του αδροποιητικού προτού το τοποθέτησετε ενδοστοματικά.
ε. Απλώστε το αδροποιητικό στην αδαμαντίνη και την οδοντίνη (επί 20 δευτερόλεπτα)
στ. Ξεπλένετε καλά, στεγνώνετε και συνεχίζετε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή συγκολλητικής ουσίας.
4. Καθάρισμα αποκαταστάσεων με φωσφορικό οξύ
α. Απλώστε το αδροποιητικό στο εσωτερικό μέρος του καπλαμά από πορσελάνη ή στη στεφάνη επί 5-10 δευτερόλεπτα.
β. Ξεπλένετε και στεγνώνετε
Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις:
1. Διαβάστε και κατανοήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
2. Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.
3. Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε ΑΜΕΣΩΣ τα μάτια με άφθονο νερό.
4. Οι εκθέσεις πλησίον του πολφού πρέπει να θεραπεύονται με προστατευτική βάση πριν από την τοποθέτηση αδροποιητικού.
5. Επανατοποθετείται το πώμα, απολυμαίνετε και σκουπίζετε τη σύριγγα με ένα απολυμαντικού μεσαίου βαθμού μεταξύ των χρήσεων. Εάν χρησιμοποιείται κάλυμμα στη σύριγγα, βγάλτε το άκρο, επανατοποθετήστε το πώμα και πετάξτε το κάλυμμα της σύριγγας
6. Πετάξτε το άκρο και αδειάστε τη σύριγγα με τον κατάλληλο τρόπο.
7. Επαληθεύστε τη ροή όλων των συρίγγων προτού τις τοποθετήσετε εντός του στόματος. Εάν αισθανθείτε αντίσταση, αντικαταστήσετε το άκρο και επανελέγχετε. Χρησιμοποιήστε μόνο συνιστώμενα άκρα. Προς αποφυγή αλληλομόλυνσης, μην επαναχρησιμοποιείτε τα άκρα.
8. Φυλάξτε το σε θερμοκρασία δωματίου.
9. Μην το χρησιμοποιείτε εφόσον έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο δοχείο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το Φύλλο Δεδομένων Υλικών Ασφαλείας (MSDS) και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ultra-Etch, παρακαλούμε δείτε τη διεύθυνση www.ultradent.com

## Ultra-Etch® RU
35%-ное содержание ортофосфорной кислоты

Описание
UltraEtch — это протравливающий раствор оптимальной вязкости, на 35% состоящий из ортофосфорной кислоты. Его текучесть обеспечивает точное распределение, в том числе и в окклюзионных бороздах, а достаточная вязкость позволяет избежать вытекания. Раствор UltraEtch самостоятельно обеспечивает ограниченную глубину травления (средняя глубина составляет 1,9 мкм за 20 секунд). Данный протравливающий раствор без содержания глицерина разработан для быстрого и полного удаления при промывании.
Показания к применению
Применяется для протравливания зубной эмали и дентина перед нанесением цементирующих адгезивных веществ и установкой композиционных пломб или зубных герметиков.
Указания по применению
1. Для шприца 1,2:
а. Снимите люэровский колпачок.
б. Надежно прикрепите выбранную рабочую насадку (Blue Micro* или Inspiral Brush*).
с. Перед применением протравливающего раствора в ротовой полости проверьте, насколько хорошо он выдавливается из шприца.
2. Для шприца IndiSpense (рис. 1 и 2):
а. Снимите люэровский колпачок со шприца IndiSpense.
b. Прикрепите шприц 1,2 к наружной резьбе шприца IndiSpense.
с. Нажмите на поршень шприца IndiSpense, чтобы наполнить поршень шприца объемом 1,2 мл до необходимого уровня.
d. Отсоедините шприцы и снова наденьте на шприц IndiSpense люэровский колпачок.
e. Надежно прикрепите рабочую насадку (Blue Micro* или Inspiral Brush*) к шприцу объемом 1,2 мл.
3. Указания по прямому нанесению
a. Изолируйте зуб(ы).
b. На нешлифованной эмали используйте пемзу, диск или алмазный бор.
c. Промойте и просушите подготовленный участок.
d. Перед применением протравливающего раствора в ротовой полости проверьте, насколько хорошо он выдавливается из шприца.
e. Нанесите протравливающий раствор на эмаль и дентин (на 20 секунд).
f. Тщательно промойте, просушите и следуйте инструкциям производителя адгезива.
4. Очищение ортофосфорной кислотой при восстановительных процедурах
a. Нанесите протравливающий раствор на внутреннюю сторону керамического винира или коронки на 5–10 секунд.
b. Промойте и просушите участок.
Меры предосторожности и предупреждения:
1. Внимательно прочитайте и изучите все инструкции перед использованием.
2. Храните в недоступном для детей месте.
3. В случае контакта продукта с любыми мягкими тканями НЕМЕДЛЕННО промойте пораженный участок большим количеством воды.
4. Участок в непосредственной близости к пульпе необходимо обработать защитным средством, прежде чем применять травящее вещество.
5. Между использованиями закрывайте, дезинфицируйте и протирайте шприц-пистолет дезинфицирующим средством промежуточного уровня. При использовании защитного чехла для шприца снимите насадку, наденьте на шприц колпачок и выбросьте защитный чехол.
6. Утилизируйте наконечник и пустой шприц-пистолет надлежащим образом.
7. Проверяйте проходимость наконечников всех шприцов-пистолетов перед применением в ротовой полости. При наличии сопротивления, замените наконечник и выполните повторную проверку. Используйте только рекомендованные наконечники. Во избежание перекрестного заражения не используйте насадки повторно.
8. Хранить при комнатной температуре.
9. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данные о безопасности материалов и дополнительные сведения об использовании средств Ultra-Etch см. на веб-сайте www.ultradent.com.

## Ultra-Etch® PL
35% kwas fosforowy

Opis:
UltraEtch to 35% roztwór wytrawiacza fosforowego o optymalnej lepkości. Zdolność płynięcia umożliwia precyzyjne umieszczenie, także w rowkach okluzyjnych, jednak produkt ma wystarczającą lepkość, aby zapobiec migracji. Ultratch samoczynnie ogranicza głębokość trawienia (średnia głębokość to 1,9 μm przy 20 sekundach trawienia). Niniejszy wytrawiacz nie zawiera gliceryny i jest przeznaczony do szybkiego i całkowitego usuwania po przepłukaniu.
Wskazania do użycia:
Stosowany do wytrawiania szkliwa i zębiny przed zastosowaniem klejów wiążących i umieszczeniem odbudowy kompozytowej lub żywic zabezpieczających.
Wskazówki dotyczące użycia:
1. W przypadku strzykawki 1,2
a. Zdjąć nasadkę typu Luer.
b. Mocno przymocować wybraną końcówkę roboczą (końcówka Blue Micro* lub Inspiral Brush*).
c. Przed zastosowaniem wewnątrz jamy ustnej należy sprawdzić przepływ wytrawiacza.
2. W przypadku strzykawki IndiSpense (Ryc. 1 i 2)
a. Zdjąć nasadkę typu Luer ze strzykawki Indispense.
b. Przymocować strzykawkę 1,2 do męskiego gwintu strzykawki Indispense.
c. Wcisnąć tłok IndiSpense, prowadząc jednocześnie tłok strzykawki 1,2 ml do żądanego napełnienia.
d. Rozdzielić strzykawkę i ponownie założyć nasadkę typu Luer na strzykawkę IndiSpense.
e. Mocno przymocować końcówkę roboczą (końcówka Blue Micro* lub Inspiral Brush*) do strzykawki 1,2 ml.
3. Bezpośrednie instrukcje umieszczania
a. Odizolować ząb (zęby).
b. Użyć pumeksu, dysku lub wiertła diamentowego na nieprzeciętym szkliwie.
c. Przepłukać i osuszyć przygotowany obszar.
d. Przed zastosowaniem wewnątrz jamy ustnej należy sprawdzić przepływ wytrawiacza.
e. Zastosować wytrawiacz wobec szkliwa i zębiny (20 sekund).
f. Dokładnie przepłukać, osuszyć i postępować zgodnie z instrukcjami producenta kleju.
4. Oczyszczanie za pomocą kwasu fosforowego w celu odbudowy
a. Zastosować wytrawiacz wewnątrz porcelanowej licówki lub korony przez 5–10 sekund.
b. Przepłukać i osuszyć
Środki ostrożności i ostrzeżenia
1. Przed użyciem produktu dokładnie przeczytać i zrozumieć wszystkie zalecenia instrukcji.
2. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Jeżeli produkt wejdzie w kontakt z dowolną tkanką miękką, należy NATYCHMIAST miejsce kontaktu spłukać obficie wodą.
4. Przed użyciem wytrawiacza zabezpieczyć obnażoną miazgę materiałem podkładowym.
5. Po każdym użyciu założyć kapturek, zdezynfekować i wytrzeć strzykawkę przy użyciu środka dezynfekującego średniej mocy. Jeśli stosowana jest osłona strzykawki, wówczas należy zdjąć końcówkę, ponownie zatkać strzykawkę i wyrzucić osłonę.
6. Po użyciu puste strzykawki i końcówki zutylizować zgodnie z przepisami.
7. Przed podaniem do jamy ustnej skontrolować równomierność wypływu. W przypadku wystąpienia oporu wymienić końcówkę i ponownie skontrolować wypływ. Używać tylko zalecanych końcówek. Nie używać ponownie końcówek, aby uniknąć przeniesienia zakażenia.
8. Przechowywać w temperaturze pokojowej.
9. Nie stosować po upływie daty ważności podanej na pojemniku.
UWAGA: Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) oraz dodatkowe informacje dotyczące używania Ultra-Etch można znaleźć na stronie www.ultradent.com

## Ultra-Etch® AR
35% حامض الفوسفوريك

الوصف:
UltraEtch هو محلول تخريش 35% حامض الفوسفوريك ذات لزوجة أفضل. تساعد السيولة على وضعه بدقة، بما في ذلك الأخاديد الإطباقية، ولكنه لازج بدرجة كافية لمنع الهجرة.
UltraEtch هو ذاتي الحد في عمق التخريش (متوسط العمق 1,9 ميكرو مع تخريش 20 ثانية). لا تحتوي مادة التخريش هذه على جليسرين ويصمم بحيث يتم إزالته بالكامل بسرعة بالمشطف.

مؤشرات الاستخدام:
يستخدم في تخريش المينا والعاج قبل وضع المواد اللاصقة ووضع الحشوات المركبة أو حشمات الأسنان.

تعليمات الاستخدام:
1 للسحقة 1,2
أ أزل غطاء Luer.
ب قم بربط طرف العمل الذي تختاره بأمان (طرف Blue Micro* أو Inspiral Brush*).
ج تحقق من تدفق مادة التخريش قبل وضعه داخل الفم.
2 للسحقة IndiSpense (الشكل 1 و 2)
أ أزل غطاء Luer من محقنة IndiSpense.
ب قم بربط محقنة 1,2 في الوثيلات الذكرية لمحقنة IndiSpense.
ج اضغط مكبس محقنة IndiSpense أثناء توجيه مكبس المحقنة 1,2 إلى مكان الملء المطلوب.
د افصل المحقق وأعد تغطية محقنة IndiSpense بغطاء Luer.
ه قم بربط طرف العمل بأمان (طرف Blue Micro* أو Inspiral Brush*) في محقنة 1,2 مل.
3 تعليمات الوضع المباشر
أ قم بعزل السنة(الأسنان).
ب استخدم الخفان، مثقب قرصي أو مثقب ماسي على المينا، الغير مقطوعة.
ج انظف وجفف المنطقة المعدة.
د تحقق من تدفق مادة التخريش قبل وضعها داخل الفم.
ه قم بوضع التخريش على المينا، والعاج (20 ثانية).
و انظف بالكامل، قم بالتجفيف والتمشي قدما حسب تعليمات الشركة المصنعة للالصق.
4 التنظيف الترميمي بحامض الفوسفوريك
أ قم بوضع التخريش على الجزء الداخلي من الكسوة الخزفية أو التاج لمدة 5 – 10 ثواني.
ب انظف وجفف.




EN - For Professional use only.
FR - Nur für professionelle Anwendungen.
FR - Destiné à une utilisation professionnelle uniquement.
NL - Uitsluitend voor professioneel gebruik.
IT - Solo per uso professionale.
ES - Sólo para uso profesional.
PT - Destina-se apenas à utilização profissional.
SV - Endast för yrkesmässigt bruk.
DA - Må kun anvendes af tandlægepersonale.
FI -Vain ammattikäyttöön.
NO - Skal bare brukes av fagfolk.
EL - Μόνο για επαγγελματική χρήση.
RU - Только для профессионального использования.
PL - Tylko do profesjonalnego użycia.
TR - Sadece profesyonel kullanım için.
AR - مخصص للاستخدام المهني فقط
KR - 전문가용에 한함
ZH - 只用于专业用途。
TH - สำหรับวิชาชีพและบุคลากรทางสุขศึกษาเท่านั้น

EN - Corrosive
DE - Ätzend
FR- Corrosif
NL - Corrosief
IT- Corrosivo
ES- Corrosivo
PT- Corrosivo
SV- Frätande
DA- Ætsende
FI- Syövyttävä
NO- Etsende
EL- Διαβρωτικό
RU- Вызывает коррозию
PL- Żrący
TR- Aşındırıcı
AR- مادة أكالة
KO- 부식성
ZH- 腐蚀性
TH- กัดกร่อน




EN- Recommended storage temperature
DE- Empfohlene Lagertemperatur
FR- Température de stockage recommandée
NL- Aanbevolen bewaartemperatuur
IT- Temperatura di conservazione consigliata
ES- Temperatura de almacenaje recomendada
PT- Temperatura de armazenamento recomendada
SV- Rekommenderad förvaringstemperatur
DA- Anbefalet opbevaringstemperatur
FI- Suositeltava säilytyslämpötila
NO- Anbefalt lagringstemperatur
EL- Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης
RU- Рекомендованная температура хранения
PL- Zalecana temperatura przechowywania
TR- Önerilen saklama sıcaklığı
AR- درجة حرارة التخزين الموصى بها
KO- 권장사항 보관온도
ZH- 建议储存温度
TH- อุณหภูมิจัดเก็บที่แนะนำ

EN- Consult instructions for use
DE- Gebrauchsanleitung beachten
FR- Consulter le mode d'emploi
NL- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
IT- Consultare le istruzioni per l'uso
ES- Consulte las instrucciones de uso
PT- Consultar as instruções de utilização
SV- Se bruksanvisningen
DA- Se brugsanvisningen
FI- Lue käyttöohjeet
NO- Konsulter bruksanvisningen
EL- Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
RU- Обратиться к указаниям по применению
PL- Zapoznać się z instrukcją obsługi
TR- Kullanım talimatlarına bakın
AR- راجع إرشادات الاستخدام
KO- 사용지침을 참고합니다
ZH- 请参阅使用说明
TH- ดำเนินขั้นตอนตามคำแนะนำวิชาชีพ

Ultradent syringes have an expiration date stamped on the side of the syringe consisting of one letter and three numbers. The letter is a lot number used for manufacturing purposes and the three numbers are the expiration date. The first two numbers are the month, and the third number is the last number of the year.

EN- Use by date
DE- Verfallsdatum
FR- Date de péremption
NL- Uiterste gebruiksdatum
IT- Utilizzare entro
ES- Utilizar antes de
PT- Validade
SV- Använd före
DA- Anvendes inden
FI- Viimeinen käyttöajankohta
NO- Bruk før dato
EL- Ανάλωση έως
RU- Использовать до
PL- Termin ważności
TR- Son kullanma tarihi
AR- تصلح حتى تستخدم بحلول
KO- 소비기한
ZH- 保存期
TH- วันหมดอายุ



EN- Recycle
DE- Recyclen
FR- Recycler
NL-Recyclen
IT- Riciclare
ES- Recicle
PT- Reciclar
SV- Återvinn
DA- Genbrug
FI- Kierrätyksaen
NO- Resirkuler
EL- Ανακυκλώστε το
RU- Утилизировать
PL- Poddać recyklingowi
TR- Geri dönüştürün
AR- أعد تدويره
KO- 재활용
ZH- 回收使用
TH- รีไซเคิล

## Ultra-Etch®
35% Phosphoric Acid

For immediate reorder and/or complete descriptions of Ultradent's product line, refer to Ultradent's catalog or call Toll Free 1-800-552-5512. Outside U.S. call (801) 572-4200 or visit www.ultradent.com.

Manufactured by:
Ultradent Products Inc
505 West 10200 South
South Jordan, Utah 84095 USA

**For SDS and additional information about using Ultra-Etch, please go to www.ultradent.com**

U.S. federal law restricts the sale of this device by or on the order of a dentist.
Keep out of reach of children.

ULTRADENT PRODUCTS, INC. Made in USA

© Copyright 2011 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved. 18005.12 012214

## Ultra-Etch® TR
%35 Fosforik Asit

Tanım:
UltraEtch, yüksek viskozitesi %35 fosforik etchant solüsyonudur. Akışkan olması sayesinde oklüzal oyuklar dâhil olmak üzere hassas yerleştirme olanağı sağlar, bunun yanı sıra migrasyonu önleyecek kadar viskozdur. UltraEtch, etch derinliğinde kendi kendini kısıtlar (ortalama derinlik 1,9μ / 20 saniye etch). Bu etchant gliserin içermez ve durulamadan sonra hızlı ve komple bir çıkarma işlemi yapmak üzere tasarlanmıştır.
Kullanım Endikasyonları:
Bonding yapıştırıcı ve kompozit restorasyon veya diş dolgu maddeleri uygulamadan önce mine ve dentine etching yapmak için kullanılır.
Kullanım Talimatları:
1. 1,2'lik şırınga için
a. Luer kapağı çıkarın.
b. Seçtiğiniz çalışma ucunu (Blue Micro* veya Inspiral Brush* uç) sıkı bir şekilde takın.
c. Ağız içine uygulamadan önce etchantın akışı akmadığını kontrol edin.
2. IndiSpense Şırınga için (Şekil 1 ve 2)
a. Luer kapağı Indispense şırıngadan çıkarın.
b. 1,2'lik şırıngayı IndiSpense şırınganın erkek dişlerine takın.
c. IndiSpense şırınganın pistonuna basarak 1,2 ml'lik şırınga pistonunu istediğiniz dolum seviyesine doğru itin.
d. Şırıngaları ayırın ve IndiSpense şırınganın Luer kapağını tekrar takın.
e. Çalışma ucunu (Blue Micro* veya Inspiral Brush* uç) 1,2 ml'lik şırınganya sıkıca takın.
3. Doğrudan yerleştirme talimatları
a. Diş(ler)i izole edin.
b. Kesilmemiş minede ponza taşı, disk veya elmas bur kullanın.
c. Hazırlanan alanı durulayıp kurulayın.
d. Ağız içine uygulamadan önce etchantın akışı akmadığını kontrol edin.
e. Mineye ve dentine etchant uygulayın (20 saniye)
f. Yapışkan üreticisinin talimatlarına göre iyice durulayın, kurulayın ve işlem yapın.
4. Restoratif fosforik asit temizleyici
a. Porselen kaplama veya kronun içine 5-10 saniye etch uygulayın.
b. Durulayıp kurulayın.
Önlemler ve Uyarılar
1. Kullanım öncesinde tüm talimatı dikkatle okuyup anlayın.
2. Çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
3. Ürün herhangi bir yumuşak dokuya temasederse bölgeyi HEMEN bol miktarda suyla yıkayın.
4. Pulpa yakınında maruz kalacak yerler pürüzlendirici yerleştirmeden önce koruyucu bir baz ile muamele edilmelidir.
5. İki kullanım arasında şırınganın kapağını tekrar takın ve orta düzey bir dezenfektanla dezenfekte edip silin. Şırınga kapağı kullanılırsa ucu çıkarın, kapağı takın ve şırınga kapağını atın
6. Uç ve boş şırıngayı uygun şekilde atın.
7. Intraoral uygulama öncesinde tüm şırıngaların akışını doğrulayın. Dirençle karşılaşılırsa ucu tekrar takıp tekrar kontrol edin. Sadece önerilen uçları kullanın. Çapraz kontaminasyonu önlemek için uçları tekrar kullanmayın.
8. Oda sıcaklığında muhafaza edin.
9. Kabın üzerinde belirtilen son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayın.
NOT: Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ve Ultra-Etch kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen www. ultradent.com adresini ziyaret ediniz.

## Ultra-Etch® KO
35% 인산

설명:
UltraEtch는 최적의 점도를 가진 35% 인산 식각용액입니다. 교합 홈을 포함하여 유동특성으로 인해 정밀한 설치가 가능하지만, 이동을 막을 정도로 충분한점도입니다. UltraEtch는 식각 깊이(20초 식각에 평균 깊이 1.9μ )의 자기제어형제품입니다. 이 식각제에는 글리세린을 함유하지 않으며 헹굼을 마친 다음에 바로 신속하고 완벽하게 제거하도록 합니다.
사용지시:
접착제 도포와 컴포짓 수복물 또는 치과용 씰란트의 설치 전의 법랑질 및 상아질의 식각용.
사용지시:
1. 1.2 주사기용
a. 루어 캡을 제거합니다.
b. 정선한 작업용 팁(Blue Micro® 또는 Inspiral Brush® 팁)을 단단히 부착시킵니다.
c. 구강내에 사용하기 전에 식각재의 흐름상태를 확인한다.
2. IndiSpense Syringe (그림 1 및 2)
a. IndiSpense 주사기로부터 루어 캡을 제거합니다.
b. IndiSpense 주사기의 수나사부에 1.2 주사기를 부착합니다.
c. 1.2ml 주사기 플런저를 원하는 충전부위로 이끌며 IndiSpense 플런저를 누릅니다.
d. 주사기를 분리하여 IndiSpense 주사기에 루어 캡을 다시 닫습니다.
e. 작업용 팁(Blue Micro® 또는 Inspiral Brush® 팁)을 1.2ml 주사기에 단단히 부착합니다.
3. 직접 설치 안내사항
a. 치아 격리를 실시합니다.
b. 표면삭제를 실시하지 않은 법랑질에 퍼미스, 디스크 또는 다이아몬드 버를 사용합니다.
c. 조제부위에 대하여 헹굼 및 건조작업을 실시합니다.
d. 구강내에 도포하기 전에 식각재의 흐름상태를 확인합니다.
e. 식각재를 법랑질과 상아질에 도포합니다 (20초).
f. 철저하게 헹구고 건조시킨 후, 접착제 제조업체의 안내사항에 따라 진행합니다.
4. 수복물의 인산 세정
a. 도재 베니어 또는 치관의 안에 5-10초 동안 식각재(에치)를 도포합니다.
b. 헹궈 주 말립니다.
주의 및 경고사항:
1. 사용하기 전에 일체의 안내사항을 주의 깊게 읽고 숙지합니다.
2. 어린이들의 손이 닿지 않는 장소에 보관합니다.
3. 제품이 연조직 어디에도 접촉하게 될 경우, 즉시 물을 충분히 사용하여 해당 부위를 헹굽니다.
4. 치수강 인접부위는 식각액을 넣기 전에 보호용 베이스를 이용하여 처리해야 합니다.
5. 사용 간에는 주사기의 뚜껑을 다시 닫고 중간 정도의 소독제를 사용하여 소독한 후 닦습니다. 주사기 커버를 사용할 경우, 팁을 제거하고 캡을 다시 씌운 후 주사기 커버를 버립니다.
6. 팁을 폐기처리하고 주사기는 완전히 비웁니다.
7. 구강내에 도포하기 전에 일체의 주사액 흐름상태를 확인합니다. 저항감이 발견될 경우, 팁을 교체하고 다시 한번 점검합니다. 권장사항인 팁에 한해 사용합니다. 교차오염을 피하려면, 팁은 재사용하지 마십시오.
8. 실온에 보관하십시오.
9. 용기에 표시되어 있는 유통기한 후에는 사용하지 마십시오.
주: MSDS(물질안전보건자료) 및 Ultra-Etch 사용에 관한 추가 정보는 웹사이트 www. ultradent.com을 참고합니다.

## Ultra-Etch® ZH
含35%磷酸成分

说明:
UltraEtch是一种黏度适宜的35%磷酸酸蚀剂。该产品具有流动性，可以准确涂抹到包括咬合槽在内的所需部位，同时又有一定黏性，防止出现牙齿组织。
UltraEtch能自主控制酸蚀的深度（20秒酸蚀平均深度为1.9μ）。该酸蚀剂不含甘油成分，可以用冲洗的方法快速彻底去除。
适应症:
用于在涂抹黏合剂并放置复合修复材料或牙科密封剂之前对牙釉质和牙本质进行酸蚀操作。
使用说明:
1. 使用1.2注射器
a. 拧下螺帽。
b.拧紧所选针头（Blue Micro® 或Inspiral Brush® 针头）。
c.在口腔内涂抹前检查酸蚀剂出液是否顺畅。
2. 使用IndiSpense注射器（图1&2）
a.拧下IndiSpense注射器螺帽。
b.将1.2注射器与IndiSpense注射器的外螺纹拧合。
c.按下IndiSpense注射器活塞，向1.2ml注射器注入适量酸蚀剂。
d.将两根注射器分开，重新戴好IndiSpense注射器螺帽。
e.拧紧操作针头（Blue Micro® 或 Inspiral Brush® 针头）和1.2毫升注射器。
3. 直接涂抹指南
a.隔离相关牙齿。
b. 选用轻石、磨盘或金刚钻打磨未经切削的牙釉质。
c.冲洗烘干准备区。
c.在口腔内涂抹前检查酸蚀剂出液是否顺畅。
d.在牙釉质和牙本质上涂抹酸蚀剂（20秒）
f.彻底洗净烘干，并按照黏合剂厂商说明继续下面的步骤。
4. 修复体喷酸清洗
a.将酸蚀剂涂在瓷质贴面或牙冠5—10秒。
b.冲洗并烘干。
ZH - 注意事项和警告:
1. 使用前仔细阅读并弄懂所有说明。
2. 置于儿童触摸不到之处。
3. 如果产品触及到了任何的软组织，立即用大量水冲洗。
4. 在置放快剂前，应在接近牙髓暴露处涂上一层保护剂。
5. 每次使用后，重卷针筒，并用中度消毒剂擦拭针筒消毒。若使用注射器护罩，拧下针头，盖上盖帽，并将注射器护罩丢弃。
6. 妥当处理针头，并清空针筒内部。
7. 注射入口腔以前，检查针筒内液体的流动情况。若受阻，更换针头并再次检查。仅使用推荐针头。为避免交叉感染，切勿重新使用针头。
8. 室温储存。
9. 切勿在容器上标注的过期日后继续使用。
注意：查看使用Ultra-Etch的化学品安全技术说明书和其他信息，请访问www.ultradent.com网站。



EN- Do not re-use to avoid cross contamination
DE- Nicht wiederholt verwenden, um Kreuzkontamination zu verhindern.
FR- Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée.
NL-Niet opnieuw gebruiken om kruisbesmetting te vermijden.
IT- Per evitare la contaminazione crociata non riutilizzare.
ES- No lo reutilice, así evitará la contaminación cruzada.
PT- Não reutilizar para evitar a contaminação cruzada.
SV- För undvikande av korskontamination för produkten inte återanvändas.
DA- Må ikke gentrages for at undgå krydskontaminering.
FI- Älä käytä uudelleen ristikontaminaation välttämiseksi.
NO- Skal ikke brukes om igjen, for å unngå smitteoverføring
EL- Μην τοποθετηθεί πάνω στο
για να αποφύγετε τη διασταυρωμένη μόλυνση.
RU- Повторное использование не допускается во избежание перекрестного заражения
PL- Używać jednorazowo dla uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowegoTR- Çapraz kontaminasyonu önlemek açısından tekrar kullanmayın
AR- لا تعاد إعادة الاستخدام لتجنب التلوث
KO- 교차오염을 피하기 위해 재사용하지 마시오.
ZH- 请勿重复使用，避免交叉污染
TH-ห้ามนำมาใช้ซ้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้ามการปนเปื้อน



EN- Recycle
DE- Recyclen
FR- Recycler
NL-Recyclen
IT- Riciclare
ES- Recicle
PT- Reciclar
SV- Återvinn
DA- Genbrug
FI- Kierrätyksaen
NO- Resirkuler
EL- Ανακυκλώστε το
RU- Утилизировать
PL- Poddać recyklingowi
TR- Geri dönüştürün
AR- أعد تدويره
KO- 재활용
ZH- 回收使用
TH- รีไซเคิล

หมายเหตุ: สำหรับ MSDS และข้อมูลเพิ่มเติมที่ระบุการใช้ Ultra-Etch กรุณาไปที่เว็บไซต์ www.ultradent.com

## Ultra-Etch® TH
ผสมกรดฟอสฟอริก 35%

รายละเอียด:
UltraEtch มีสารละลายกรดแอสพอสฟอริก 35% ที่มีความข้นดูดซึม ความสามารถในการไหลช่วยให้นำวัสดุไปยังจุดที่ต้องการ รวมถึงตามร่องฟันที่ต้องการ แต่มีความข้นพอที่จะป้องกันการไหลของสารเคลือบ UltraEtch มีเวลาที่ควบคุมตนเองได้ (ความลึกเฉลี่ย 1.9μ ใช้เวลาที่ 20 วินาที) ยาทำฟันชนิดนี้ไม่มีกลีเซอรีนและสะดวกที่สุดในการล้างออกและเอาออกได้ง่าย

ข้อบ่งใช้:
ใช้สำหรับทำเซ็นเนลและเคลือบฟันก่อนการทำซีลแลนท์และการติดวัสดุบูรณะโพรัส หรือสารเคลือบปิดหลุม

วิธีการใช้:
1. สำหรับเครื่องฉีดขนาด 1.2 มล.
a. ถอดฝาปิด Luer ออก
b. ติดปลายใช้งานที่เลือกอย่างมั่นคงให้ได้ (ปลาย Blue Micro® หรือ Inspiral Brush®)
c. ตรวจสอบการไหลของสารเคลือบก่อนการใช้งาน
2. สำหรับเครื่องฉีดด้วย IndiSpense Syringe (รูปที่ 1 & 2)
a. ถอดฝาปิด Luer ออกจากเครื่องฉีด IndiSpense
b. ติดเครื่องขนาด 1.2 มล. เข้ากับเกลียวด้านนอกของเครื่อง IndiSpense
c. กดก้านเครื่อง IndiSpense ลง โดยเริ่มจากก้านเครื่องขนาด 1.2 มล. เข้าไปจนไม่มีอุดตันใดๆ
d. แยกเครื่องทั้งสองออกจากกัน แล้วนำฝาปิดของเครื่อง IndiSpense กลับคืนสู่ Luer
e. ติดปลายใช้งาน (ปลาย Blue Micro® หรือ Inspiral Brush®) กับเครื่องขนาด 1.2 มล. ให้แน่น
3. ขั้นตอนการใส่โดยตรง
a. ถ้าแยกฟัน (ซี่ฟันหรือฟาย)
b. ใช้ระไซซิ่งเม็ดหิน หรือหัวขัดเพชรบนฟันธรรมชาติที่ไม่ได้ตัด
c. ล้างทำความสะอาดและทำให้พื้นที่ที่เตรียมไว้แห้ง
d. ตรวจสอบการไหลของสารเคลือบก่อนใช้งานทุกครั้งก่อนการใช้งาน
e. ทาสารเคลือบลงบนเนื้อเคลือบและเนื้อฟัน (20 วินาที)
f. ล้างทำความสะอาดให้ทั่วถึง ทำให้แห้ง และดำเนินขั้นตอนต่อไปตามคู่มือ
4. การทำความสะอาดพอร์ซเลนด้วยสารเคลือบกรด
a. ทาสารเคลือบลงบนเนื้อด้านในของพอร์ซเลนเป็นเวลา 5-10 วินาที
b. ล้างทำความสะอาดและทำให้แห้ง

ข้อควรระวังและคำเตือน:
1. อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วนก่อนใช้
2. เก็บให้พ้นจากเด็กเล็ก
3. หากผลิตภัณฑ์สัมผัสกับเนื้อเยื่อส่วนใดๆ ให้ล้างทำความสะอาดพื้นที่นั้นทันที และล้างพื้นที่ที่สะอาดด้วยน้ำจำนวนมาก
4. ควรดูแลบริเวณใกล้ส่วนเส้นเลือดและเส้นประสาทที่ต้องการทำฟันด้วยการป้องกันด้วยการรองพื้น
5. ปิดฝาขวดหลังใช้งาน ล้างทั้งและเช็ดด้วยสารฆ่าเชื้อระดับกลางหลังใช้งานกับทั้งปลายและขวด หากใช้ฝาปิดขวดหลังใช้งานควรนำฝาปิดนั้นทิ้งด้วยเช่นกัน
6. ทิ้งปลายและขวดเปล่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
7. ตรวจสอบการไหลของขวดทั้งหมดก่อนนำไปใช้งานภายในปาก หากพบว่ามีการขัดขืนให้ทำการเปลี่ยนปลายและตรวจสอบใหม่ ใช้ปลายที่แนะนำเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการการปนเปื้อนข้ามอย่างน้อยการทำความสะอาดใช้ปลายซ้ำ
8. เก็บไว้ณ อุณหภูมิห้อง
9. ห้ามใช้หลังวันที่หมดอายุที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์